

安装前准备条件

文件号

设备型号	Nicomp Z3000		
★仪器编号 #			
★要求具体安装调试时间			
为了保证仪器的正常使用和安装调试工作的顺利进行, 请认真确认如下的准备条件:			
必填确认项目	勾选栏		
1. 一台纯水仪, 具有产出去离子水的功能			
2. 配备 220V 10A 三口插座三个或以上			
3. 量程为 10 μ L-100 μ L 移液枪及配套的干净的枪头			
4. 容量为 100ml 以上的干净烧杯, 磁力搅拌及转子			
5. 试验台要求 $\geq 1500*750*800$			
6. 运行温度范围: 10~40 $^{\circ}$ C, 相对湿度: 10%~80%, 非冷凝			
7. 避免振动、电磁干扰、避免阳光直射			
8. 一台空调机 (或中央空调) (注: 仪器不得安装在正对空调口的位置)			
9. 如用户自己采购电脑, 预装 win7 professional 及以上操作系统 (视贵司 IT 部门要求)			
10. 请用户不要自行开箱, 需要用户自己进行开箱后一起的搬运就位工作			
<p>说明: 请将已准备好的条件用“√”符号表示填入右边框内, 安装调试日期按照邮件之日起的两周之后 (遇国家法定假日顺延) 建议: 写安装日期请与 PSS 工程师确认, (请提前 1 至 2 周)。请加盖单位公章, 以邮件方式尽快通知我公司 (并留下联系人和联系方式), 我公司会根据您填写的安装日期赴现场安装调试。</p> <p>公司规定, 除卖方原因造成的二次上门费用需由买方承担。(如现场安装条件不充分等)</p>			
客户名称 (盖章)		联系人 (签字)	
联系电话		手机	
邮箱		日期	

感谢您选择美国 Particle Sizing Systems (PSS) 粒度仪产品, 美国 PSS 粒度仪公司隶属美国 Entegris 公司, 美国 PSS 粒度仪公司是世界上早将动态光散射理论测量粒度进行商业化的公司之一。也是世界上唯一的专业研究粒度测量问题的科技公司。PSS 始终致力于为客户提供创新、完善的解决方案, 帮助客户解决关于粒度检测的各种疑难问题。

美国 PSS 中国卓越中心上海奥法美嘉生物科技有限公司, 是美国 PSS 粒度仪产品在国内唯一合法、正规的售后服务机构, 为了保证您得到正规、专业、有保障的售后服务, 保证仪器的正常、安全使用, 请在需要任何售后服务需求的时候, 联系我们:

上海奥法美嘉生物科技有限公司

全国售后服务热线: 4008213090 021-50911766

电子邮箱: info@pssnicomp.cn

电话: 021-50911766

传真: 021-50911377



微信服务号: PSS

关注微信服务号, 轻松了解活动咨询, 产品信息, 技术解答